MRU –
seit über 30 Jahren
zukunftssichere
Analysetechnik

CO - Sensorschutz
Information zur BHKW - Messung

Bei Messungen an Blockheizkraftwerken kann es zu hohen Konzentrationen von Stickstoffmonoxid (NO) kommen.

Kohlenmonoxid- Sensoren (CO) haben einen NOx/SOx - Filter zum Sensorschutz integriert, welcher bei hohen NO - Werten jedoch schnell verbraucht ist.

Dieses führt zu Querempfindlichkeiten im CO - Messwert oder zum vorzeitigen Ausfall des Sensors.

Wir empfehlen daher, BHKW - Messungen nur mit einem zusätzlichen Filter durchzuführen. Dieser ist problemlos an allen Geräten ohne NO - Sensor nachzurüsten.

Artikelnummer: 65850

Kondensatfalle mit Purafilfilter
zum CO-Sensorschutz bei BHKW - Messungen, einschl. 100g Ersatzpurafil.

MRU GmbH · Messgeräte für Rauchgase u. Umweltschutz
Fuchshalde 8 + 12 · 74172 Neckarsulm-Obereisesheim
Tel. 07132/ 99620 · Fax 07132/ 996220
info@mru.de · www.mru.eu